

عنوان کنترل : biorad II
شروع کنترل
۱۳۹۹/۱۱/۰۱:

سری ساخت : ۴۰۲۸۲-

عنوان آزمایش : (Total Thyroxine (T4
عنوان دستگاه : simense

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۸.۳۹۱	۰.۹۲۲	۸.۲۳۴	۹.۱۴۶	۱۰.۰۶۸	۱۰.۹۹	۱۱.۹۱۲	۱۲.۸۳۴	۱۳.۷۵۶

مقدار	تاریخ
۱۲.۴	۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۱۱.۳	۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۱۰.۲	۱۴۰۰/۰۱/۲۸

مقدار	تاریخ
۹.۹۶	۱۴۰۰/۰۱/۱۹
۱۱.۸	۱۴۰۰/۰۱/۲۱
۱۱.۷	۱۴۰۰/۰۱/۲۲
۱۱.۱	۱۴۰۰/۰۱/۲۳
۱۲	۱۴۰۰/۰۱/۲۴

مقدار	تاریخ
۱۲.۷	۱۴۰۰/۰۱/۱۴
۱۱.۹	۱۴۰۰/۰۱/۱۵
۱۲	۱۴۰۰/۰۱/۱۶
۱۰.۲	۱۴۰۰/۰۱/۱۷
۱۱.۹	۱۴۰۰/۰۱/۱۸

CV%: 7.607	SD: 0.873	Mean: 11.474
------------	-----------	--------------

