

عنوان کنترل : biorad III  
شروع کنترل  
۱۴۰۰/۱۱/۲۵:

سری ساخت : ۴۰۲۸۲/-

عنوان آزمایش : (Total Thyroxine (T4  
عنوان دستگاه : simense

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۱۱.۷	۱.۰۵	۱۰.۶	۱۱.۶۵	۱۲.۷	۱۳.۷۵	۱۴.۸	۱۵.۸۵	۱۶.۹

مقدار	تاریخ
۱۵.۷	۱۴۰۰/۱۲/۱۷
۱۶.۴	۱۴۰۰/۱۲/۱۸
۱۳.۶	۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۱
۱۵.۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۲
۱۶.۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۱۴.۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۴
۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۵

مقدار	تاریخ
۱۶	۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۱۴.۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۷
۱۶.۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۸
۱۵.۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۹
۱۴	۱۴۰۰/۱۲/۱۱
۱۶	۱۴۰۰/۱۲/۱۲
۱۵.۸	۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۱۵.۸	۱۴۰۰/۱۲/۱۵
۱۳.۷	۱۴۰۰/۱۲/۱۶

مقدار	تاریخ
۱۳.۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۲۷
۱۴	۱۴۰۰/۱۱/۲۸
۱۵.۲	۱۴۰۰/۱۱/۳۰
۱۵.۹	۱۴۰۰/۱۱/۳۰
۱۳.۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۱
۱۴.۳	۱۴۰۰/۱۲/۰۲
۱۳.۱	۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۱۴.۳	۱۴۰۰/۱۲/۰۴

CV%: 8.025	SD: 1.191	Mean: 14.839
------------	-----------	--------------

