

high-UNIVERSAL : عنوان کنترل

Total Thyroxine : عنوان آزمایش

شروع کنترل
۱۳۹۹/۱۲/۰۶:

سری ساخت : ۲۸۱۱۶۵

((T4

CobasE411

: عنوان دستگاه

%CV	SD	SD ² -	SD ² -	SD ¹ -	MEAN	SD ¹	SD ²	SD ²
۳.۳	۰.۸۶	۹.۶۴	۱۰.۵	۱۱.۳۶	۱۲.۳۳	۱۳.۰۸	۱۳.۹۴	۱۴.۸

مقدار	تاریخ
۱۴.۰۱	۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۱۰.۷۸	۱۴۰۰/۰۲/۰۹

مقدار	تاریخ
۱۱.۹۱	۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۱۳.۰۷	۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۱۲.۷۶	۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۱۳.۸۶	۱۴۰۰/۰۲/۰۷

مقدار	تاریخ
۱۳.۵۹	۱۴۰۰/۰۱/۲۹
۱۳.۱۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۰
۱۲.۹۵	۱۴۰۰/۰۱/۳۱
۱۳.۴	۱۴۰۰/۰۲/۰۲

CV%: 7.477	SD: 0.968	Mean: 12.944
------------	-----------	--------------

