

control B : عنوان کنترل :  
شروع کنترل  
۱۴۰۰/۰۳/۰۱:

عنوان آزمایش : (Total Thyroxine (T4  
عنوان دستگاه : الیزابدر  
سری ساخت : M19L1D1

%CV	SD	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۴.۸	۰.۸۵۷	۵.۲۳۹	۶.۰۸۶	۶.۹۴۳	۷.۸	۸.۶۵۷	۹.۵۱۴	۱۰.۳۷۱

مقدار	تاریخ
۸.۶	۱۴۰۰/۰۳/۲۶

مقدار	تاریخ
۸.۵	۱۴۰۰/۰۳/۲۰
۸.۳	۱۴۰۰/۰۳/۲۲
۸	۱۴۰۰/۰۳/۲۳
۹.۳	۱۴۰۰/۰۳/۲۵

مقدار	تاریخ
۷.۴	۱۴۰۰/۰۳/۱۳
۷.۶	۱۴۰۰/۰۳/۱۷
۸.۱	۱۴۰۰/۰۳/۱۸
۶.۹	۱۴۰۰/۰۳/۱۹

CV%: 8.836	SD: 0.714	Mean: 8.078
------------	-----------	-------------

