

high-UNIVERSAL : عنوان کنترل

شروع کنترل
۱۴۰۰/۰۴/۲۴:

سری ساخت : ۴۶۹۸۴۳

Total Thyroxine : عنوان آزمایش

((T4

CobasE411

: عنوان دستگاه

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۳.۳	۰.۷۹۸	۹.۰۱۱	۹.۸۰۹	۱۰.۶۰۷	۱۱.۴۰۵	۱۲.۲۰۳	۱۲.۰۰۱	۱۳.۷۹۹

مقدار	تاریخ
۱۱.۰۹	۱۴۰۰/۰۶/۰۴
۱۰.۳۴	۱۴۰۰/۰۶/۰۶

مقدار	تاریخ
۱۰.۳۳	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۱۰.۷۳	۱۴۰۰/۰۶/۰۱
۱۰.۵۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۲
۹.۹۴	۱۴۰۰/۰۶/۰۳

مقدار	تاریخ
۱۱.۴۵	۱۴۰۰/۰۵/۲۱
۱۱.۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۴
۹.۶۷	۱۴۰۰/۰۵/۲۶
۹.۸۵	۱۴۰۰/۰۵/۳۰

CV%: 5.783	SD: 0.607	Mean: 10.5
------------	-----------	------------

