

UNIVERSL-low : عنوان کنترل :
شروع کنترل :
۱۴۰۰/۰۴/۲۴:

سری ساخت : ۴۶۹۸۴۰

عنوان آزمایش : (Total Thyroxine (T4
عنوان دستگاه : CobasE411

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۸.۸۲۲	۰.۶۸۳	۵.۶۹۱	۶.۳۷۴	۷.۰۵۷	۷.۷۴	۸.۴۲۳	۹.۱۰۶	۹.۷۸۹

مقدار	تاریخ
۷.۵۹	۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۷.۷۷	۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۷.۰۷	۱۴۰۰/۰۶/۳۰
۷.۱۷	۱۴۰۰/۰۶/۳۱

مقدار	تاریخ
۸.۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۱۸
۶.۷۹	۱۴۰۰/۰۶/۲۰
۶.۹۳	۱۴۰۰/۰۶/۲۱
۷.۶۲	۱۴۰۰/۰۶/۲۳
۷.۸۹	۱۴۰۰/۰۶/۲۴

مقدار	تاریخ
۸.۶	۱۴۰۰/۰۶/۱۳
۸.۴۹	۱۴۰۰/۰۶/۱۴
۸.۴۹	۱۴۰۰/۰۶/۱۵
۸.۱۲	۱۴۰۰/۰۶/۱۶
۸.۵۸	۱۴۰۰/۰۶/۱۷

CV%: 8.067	SD: 0.629	Mean: 7.794
------------	-----------	-------------

