

high-UNIVERSAL : عنوان کنترل :

Total Thyroxine : عنوان آزمایش :

شروع کنترل
۱۴۰۰/۰۴/۲۴:

سری ساخت : ۴۶۹۸۴۳

((T4

CobasE411

: عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ² -	SD ² -	SD ¹ -	MEAN	SD ¹	SD ²	SD ²
۵.۱۵۴	۰.۵۸۹	۹.۶۵۸	۱۰.۲۴۷	۱۰.۸۳۶	۱۱.۴۲۵	۱۲.۰۱۴	۱۲.۶۰۳	۱۳.۱۹۳

مقدار	تاریخ
۱۱.۸۱	۱۴۰۰/۰۸/۲۳
۱۱.۳۳	۱۴۰۰/۰۸/۲۴
۱۱.۶۶	۱۴۰۰/۰۸/۲۵
۱۱.۷۳	۱۴۰۰/۰۸/۲۶
۱۲.۰۴	۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۱۱.۹۶	۱۴۰۰/۰۸/۲۹
۱۱.۹۵	۱۴۰۰/۰۸/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۲.۱	۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۱۱.۹۲	۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۱۲.۸	۱۴۰۰/۰۸/۱۶
۱۱.۸۴	۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۱۲.۴	۱۴۰۰/۰۸/۱۸
۱۱.۷	۱۴۰۰/۰۸/۱۹
۱۲.۳۱	۱۴۰۰/۰۸/۲۰
۱۱.۹۲	۱۴۰۰/۰۸/۲۲

مقدار	تاریخ
۱۲.۵	۱۴۰۰/۰۸/۰۱
۱۰.۳۷	۱۴۰۰/۰۸/۰۳
۱۱.۵۷	۱۴۰۰/۰۸/۰۴
۱۱.۰۷	۱۴۰۰/۰۸/۰۵
۱۱.۴۲	۱۴۰۰/۰۸/۰۶
۱۰.۳۱	۱۴۰۰/۰۸/۰۹
۱۰.۷۱	۱۴۰۰/۰۸/۱۰
۱۰.۹۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۱

CV%: 5.509	SD: 0.643	Mean: 11.668
------------	-----------	--------------

