

high-UNIVERSAL : عنوان کنترل

شروع کنترل  
۱۴۰۰/۰۴/۲۴:

سری ساخت : ۴۶۹۸۴۳

Total Thyroxine : عنوان آزمایش

((T4

CobasE411

: عنوان دستگاه

%CV	SD	SD <sup>2</sup> -	SD <sup>2</sup> -	SD <sup>1</sup> -	MEAN	SD <sup>1</sup>	SD <sup>2</sup>	SD <sup>2</sup>
۵.۳۴۷	۰.۶۲۲	۹.۷۶۹	۱۰.۳۹۱	۱۱.۰۱۳	۱۱.۶۳۵	۱۲.۲۵۷	۱۲.۸۷۹	۱۳.۵۰۱

مقدار	تاریخ
۱۱.۴۸	۱۴۰۰/۰۹/۲۲
۱۲.۳۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۳
۱۱.۸۴	۱۴۰۰/۰۹/۲۴
۱۱.۷۱	۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۱۲.۰۱	۱۴۰۰/۰۹/۲۷
۱۱.۵۸	۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۱۱.۸۹	۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۱۱.۸۹	۱۴۰۰/۰۹/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۲.۲۸	۱۴۰۰/۰۹/۱۱
۱۱.۶۵	۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۱۱.۷۹	۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۱۲.۴۲	۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۱۲.۳۸	۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۱۲.۳۳	۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۱۱.۸۸	۱۴۰۰/۰۹/۱۸
۱۱.۴۴	۱۴۰۰/۰۹/۲۰
۱۰.۸۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۱

مقدار	تاریخ
۱۱.۰۶	۱۴۰۰/۰۹/۰۱
۱۱.۸۲	۱۴۰۰/۰۹/۰۲
۱۲.۵۴	۱۴۰۰/۰۹/۰۳
۱۲.۳۹	۱۴۰۰/۰۹/۰۴
۱۱.۶۵	۱۴۰۰/۰۹/۰۶
۱۱.۶۳	۱۴۰۰/۰۹/۰۷
۱۱.۹۱	۱۴۰۰/۰۹/۰۸
۱۱.۷۸	۱۴۰۰/۰۹/۰۹
۱۰.۹۷	۱۴۰۰/۰۹/۱۰

CV%: 3.786	SD: 0.448	Mean: 11.826
------------	-----------	--------------

