

عنوان کنترل : biorad III
شروع کنترل
۱۴۰۰/۱۰/۳۰:

سری ساخت : ۴۰۳۸۳/

عنوان آزمایش : (Triiodothyronine (T3
عنوان دستگاه : siemens

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۵.۴۴۵	۱۸.۲۸۵	۲۸۲.۵۱۲	۳۰۰.۸۹۷	۳۱۹.۲۸۲	۳۳۷.۶۶۷	۲۵۶.۰۵۲	۳۷۴.۴۳۷	۳۹۲.۸۲۲

مقدار	تاریخ
۳۱۸	۱۴۰۱/۰۱/۲۷
۳۴۸	۱۴۰۱/۰۱/۲۸
۳۵۱	۱۴۰۱/۰۱/۲۹
۳۵۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۰
۳۴۲	۱۴۰۱/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۳۲۶	۱۴۰۱/۰۱/۱۷
۳۵۷	۱۴۰۱/۰۱/۱۸
۳۴۸	۱۴۰۱/۰۱/۲۰
۳۶۵	۱۴۰۱/۰۱/۲۲
۳۶۳	۱۴۰۱/۰۱/۲۳
۳۵۵	۱۴۰۱/۰۱/۲۴
۳۳۶	۱۴۰۱/۰۱/۲۵

مقدار	تاریخ
۳۵۴	۱۴۰۱/۰۱/۰۶
۳۶۳	۱۴۰۱/۰۱/۰۷
۳۴۴	۱۴۰۱/۰۱/۱۰
۳۶۱	۱۴۰۱/۰۱/۱۱
۳۶۶	۱۴۰۱/۰۱/۱۴
۳۷۷	۱۴۰۱/۰۱/۱۵
۳۵۰	۱۴۰۱/۰۱/۱۶

CV%: 4.045	SD: 14.208	Mean: 351.263
------------	------------	---------------

