

high-UNIVERSAL : عنوان کنترل

شروع کنترل  
۱۴۰۱/۰۹/۰۵:

سری ساخت : ۵۵۶۴۰۲

Total Thyroxine : عنوان آزمایش

((T4

CobasE411

عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۳.۳	۰.۷۶۸	۸.۶۹۱	۹.۴۵۹	۱۰.۳۳۷	۱۰.۹۹۵	۱۱.۷۶۳	۱۲.۵۳۱	۱۳.۳۹۹

مقدار	تاریخ
۱۰.۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۸
۱۱.۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۱۲.۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۱۰.۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۸
۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۱
۱۰.۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۲

مقدار	تاریخ
۱۰.۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۳
۹.۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۱۱.۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۱۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۷
۱۰.۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۹.۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۹
۱۲.۴	۱۴۰۱/۱۰/۰۴
۹.۸۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۱۰.۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۷

مقدار	تاریخ
۱۱.۴	۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۱۰.۶۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۱۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۱۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۹
۱۱.۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۱۱.۸۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۲
۱۲.۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۹.۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۹.۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۲

CV%: 8.026	SD: 0.871	Mean: 10.85
------------	-----------	-------------

