

عنوان کنترل : biorad III  
شروع کنترل  
۱۴۰۱/۱۰/۲۲:

سری ساخت : -//-/۴۰۲۸۳

عنوان آزمایش : (Total Thyroxine (T4  
عنوان دستگاه : simense

%CV	SD	SD <sub>1</sub> -	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>1</sub> -	MEAN	SD <sub>1</sub>	SD <sub>2</sub>	SD <sub>2</sub>
۱۱.۷	۱.۰۷۷	۹.۶۳۹	۱۰.۷۱۶	۱۱.۷۹۳	۱۲.۸۷	۱۳.۹۴۷	۱۵.۰۲۴	۱۶.۱۰۱

مقدار	تاریخ
۱۴.۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۱۴	۱۴۰۱/۱۱/۱۷
۱۴.۳	۱۴۰۱/۱۱/۱۸

مقدار	تاریخ
۱۴.۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۳
۱۳.۶	۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۱۳.۷	۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۱۳	۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۱۴.۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۱۳.۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۳

مقدار	تاریخ
۱۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۱۳.۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۳.۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۶
۱۱.۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۷
۱۴.۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۹
۱۴.۴	۱۴۰۱/۱۱/۰۲

CV%: 8.076	SD: 1.09	Mean: 13.5
------------	----------	------------

