

عنوان آزمایش : (Total Thyroxine (T4
عنوان دستگاه : کوباس ۶۰۰۰
سری ساخت : ۵۱۹۱۶۲
عنوان کنترل : Universal I
شروع کنترل : ۱۴۰۰/۱۰/۲۰:

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۴.۲۶۶	۰.۲۹۸	۶.۰۹۹	۶.۳۹۷	۶.۶۹۵	۶.۹۹۳	۷.۲۹۱	۷.۵۸۹	۷.۸۸۷

مقدار	تاریخ	مقدار	تاریخ	مقدار	تاریخ
۶.۶۷	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۷.۵۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۲	۷.۵۳	۱۴۰۱/۰۲/۰۱
۶.۶۳	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۶.۸۴	۱۴۰۱/۰۲/۱۵	۷.۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۴
۶.۵۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	۶.۹۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۷.۵۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۵
۷	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۷.۳۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۷.۲۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۶
۶.۷۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۷.۰۲	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۷.۴۴	۱۴۰۱/۰۲/۰۷
۶.۹	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۶.۸۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۷.۴۴	۱۴۰۱/۰۲/۰۸
		۷.۴۳	۱۴۰۱/۰۲/۲۲	۷.۳۴	۱۴۰۱/۰۲/۱۰
		۶.۷۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	۶.۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۱
CV%: 5.446		SD: 0.387		Mean: 7.097	

