

high-UNIVERSAL : عنوان کنترل

Total Thyroxine : عنوان آزمایش
(T4

شروع کنترل :
۱۴۰۱/۰۳/۳۱:

سری ساخت : ۵۵۶۴۰۵

CobasE411 : عنوان دستگاه

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۳.۳	۰.۷۶۸	۸.۶۹۱	۹.۴۵۹	۱۰.۳۳۷	۱۰.۹۹۵	۱۱.۷۶۳	۱۲.۵۳۱	۱۳.۲۹۹

مقدار	تاریخ
۱۱.۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۹
۱۳	۱۴۰۱/۰۴/۳۰
۱۲.۴	۱۴۰۱/۰۵/۰۳
۱۰.۷۶	۱۴۰۱/۰۵/۰۸
۱۰.۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۹

مقدار	تاریخ
۱۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۹
۱۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۰
۱۱.۵۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۱۰.۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۱۱.۷۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۱۲.۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۵
۱۱.۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۶

مقدار	تاریخ
۱۲.۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۱
۱۲.۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۱۲.۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۴
۱۰.۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۱۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۶
۱۲.۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۷
۱۱.۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۸

CV%: 7.262	SD: 0.858	Mean: 11.811
------------	-----------	--------------

