

high-UNIVERSAL : عنوان کنترل

Total Thyroxine : عنوان آزمایش

شروع کنترل :
۱۴۰۱/۰۳/۳۱:

سری ساخت : ۵۵۶۴۰۵

((T4

CobasE411

: عنوان دستگاه

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۷.۵۵۲	۰.۸۷۷	۸.۹۸۳	۹.۸۶	۱۰.۷۳۷	۱۱.۶۱۴	۱۲.۴۹۱	۱۲.۳۶۸	۱۴.۲۴۵

مقدار	تاریخ
۱۱.۸	۱۴۰۱/۰۶/۳۰
۱۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۱۲.۳۶	۱۴۰۱/۰۶/۳۲
۱۲.۸۶	۱۴۰۱/۰۶/۳۴
۱۲.۱۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۷

مقدار	تاریخ
۱۱.۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۳
۱۰.۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۴
۱۱.۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۵
۱۲.۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۶
۱۱.۸	۱۴۰۱/۰۶/۱۷
۱۱.۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۹

مقدار	تاریخ
۱۰.۱۲	۱۴۰۱/۰۶/۰۱
۱۰.۱۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۲
۱۰.۹	۱۴۰۱/۰۶/۰۳
۱۰.۶۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۶
۱۰.۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۷
۱۰.۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۲

CV%: 7.394	SD: 0.836	Mean: 11.306
------------	-----------	--------------

