

high-UNIVERSAL : عنوان کنترل

Total Thyroxine : عنوان آزمایش

شروع کنترل  
۱۴۰۱/۰۳/۳۱:

سری ساخت : ۵۵۶۴۰۵

((T4

CobasE411

: عنوان دستگاه

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۵.۳۹۹	۰.۶۳۴	۹.۹	۱۰.۵۳۴	۱۱.۱۴۸	۱۱.۷۷۲	۱۲.۳۹۶	۱۳.۰۲	۱۳.۶۴۴

مقدار	تاریخ
۱۲.۵۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۶
۱۱.۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۷
۱۱.۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۸
۱۳	۱۴۰۱/۰۷/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۲.۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۷
۱۱.۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۸
۱۱.۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۰
۱۱.۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۱
۱۱.۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۳
۱۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۴
۱۲.۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۴

مقدار	تاریخ
۱۱.۵	۱۴۰۱/۰۷/۰۴
۱۲.۳	۱۴۰۱/۰۷/۰۶
۱۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۷
۱۱.۹	۱۴۰۱/۰۷/۰۹
۱۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۰
۱۱.۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۱۱.۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۶

CV%: 4.502	SD: 0.534	Mean: 11.859
------------	-----------	--------------

