

عنوان آزمایش : (Total Thyroxine (T4
عنوان دستگاه : Simense
سری ساخت : ۰۱
عنوان کنترل : پولد سرم
شروع کنترل :
۱۴۰۱/۰۸/۰۱:

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۹	۱	۱۲.۲۵	۱۳.۲۵	۱۴.۲۵	۱۵.۲۵	۱۶.۲۵	۱۷.۲۵	۱۸.۲۵

مقدار	تاریخ
۱۳.۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۱
۱۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۲
۱۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۱۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۴
۱۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۵
۱۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۶

مقدار	تاریخ
۱۵.۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۳
۱۶.۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۴
۱۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۵
۱۴.۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۶
۱۵.۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۷
۱۵.۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸
۱۴.۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۹

مقدار	تاریخ
۱۶.۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۴
۱۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۵
۱۷.۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۷
۱۶.۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۸
۱۴.۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۹
۱۶.۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۰
۱۶.۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۱

CV%: 7.711	SD: 1.178	Mean: 15.275
------------	-----------	--------------

