

high-UNIVERSAL : عنوان کنترل :

شروع کنترل
۱۴۰۱/۰۹/۰۵:

سری ساخت : ۵۵۶۴۰۲

Total Thyroxine : عنوان آزمایش :

((T4

CobasE411

: عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ² -	SD ² -	SD ¹ -	MEAN	SD ¹	SD ²	SD ²
۳.۳	۰.۷۶۸	۸.۶۹۱	۹.۴۵۹	۱۰.۳۳۷	۱۰.۹۹۵	۱۱.۷۶۳	۱۲.۵۳۱	۱۳.۲۹۹

مقدار	تاریخ
۹.۸۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۱۰.۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۷
۱۰.۲	۱۴۰۱/۱۰/۰۸
۱۱.۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۱۲.۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۱
۱۰.۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۲

مقدار	تاریخ
۹.۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۱۰.۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۳
۹.۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۱۱.۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۱۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۷
۱۰.۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۹.۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۹
۱۲.۴	۱۴۰۱/۱۰/۰۴

مقدار	تاریخ
۱۱.۴	۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۱۰.۶۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۱۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۱۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۹
۱۱.۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۱۱.۸۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۲
۱۲.۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۹.۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۱

CV%: 8.208	SD: 0.89	Mean: 10.847
------------	----------	--------------

