

permium plus II : عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۴۰۱/۱۲/۲۰:

عنوان آزمایش : (Total Thyroxine (T4
عنوان دستگاه : simesne
سری ساخت : EC۲۱۰۷

%CV	SD	SD۲-	SD۲-	SD۱-	MEAN	SD۱	SD۲	SD۲
۱۱.۷	۰.۷۱۷	۶.۴۹۹	۷.۲۱۶	۷.۹۳۳	۸.۶۵	۹.۳۶۷	۱۰.۰۸۴	۱۰.۸۰۱

مقدار	تاریخ
۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۰
۸.۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۱
۸.۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۲
۱۰.۳	۱۴۰۲/۰۱/۲۴

مقدار	تاریخ
۸.۳	۱۴۰۲/۰۱/۰۷
۸.۹۸	۱۴۰۲/۰۱/۱۴
۸.۱	۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۹.۱	۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۸	۱۴۰۲/۰۱/۱۷
۸.۴۹	۱۴۰۲/۰۱/۱۹

مقدار	تاریخ
۸.۷۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۸.۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۴
۸.۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۷
۷.۶۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸
۸.۳	۱۴۰۲/۰۱/۰۵
۸.۵	۱۴۰۲/۰۱/۰۶

CV%: 7.067	SD: 0.607	Mean: 8.59
------------	-----------	------------

