

عنوان آزمایش : (Total Thyroxine (T4
 عنوان دستگاه : کوپاس ۶۰۰۰
 سری ساخت : /۵۵۸۰۱۲
 عنوان کنترل : Universal I
 شروع کنترل :
 ۱۴۰۲/۰۱/۲۷:

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۳.۳	۰.۵۱۳	۵.۸۱۱	۶.۳۳۴	۷.۳۵	۷.۸۶۳	۸.۳۷۶	۸.۸۸۹

مقدار	تاریخ	مقدار	تاریخ	مقدار	تاریخ
۷.۷	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۶.۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۷.۹	۱۴۰۲/۰۱/۳۱
		۷.۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۶.۸۷	۱۴۰۲/۰۲/۰۴
		۷.۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۷.۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۴
CV%: 5.455		SD: 0.401		Mean: 7.353	

