

عنوان کنترل : permium plus II

عنوان آزمایش : Total Thyroxine ((T4

شروع کنترل  
۱۴۰۲/۰۲/۲۴:

سری ساخت : ECT۱۰۷

عنوان دستگاه : simesne

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۱۱.۷	۰.۷۱۷	۶.۴۹۹	۷.۳۱۶	۷.۹۳۳	۸.۶۵	۹.۳۶۷	۱۰.۰۸۴	۱۰.۸۰۱

مقدار	تاریخ
۸.۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۳
۷.۶۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۴
۶.۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۸
۷.۸۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۹
۸.۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۱
۸.۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۴
۷.۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۵

مقدار	تاریخ
۸.۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۸.۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۴
۸.۹۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۸
۸.۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۱
۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۵
۶.۸۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۶
۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۷
۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۰
۷.۴۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۱
۹.۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۲

مقدار	تاریخ
۸.۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۴
۸.۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۵
۸.۲	۱۴۰۲/۰۲/۲۶
۸.۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۷
۸.۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۸
۸.۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۰
۸.۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۸.۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۱
۷.۹۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۶
۸.۹۷	۱۴۰۲/۰۳/۰۷

CV%: 8.041	SD: 0.668	Mean: 8.307
------------	-----------	-------------

