

عنوان کنترل : Universal I
شروع کنترل
۱۴۰۲/۰۵/۰۱:

عنوان آزمایش : (Total Thyroxine (T4
عنوان دستگاه : کوپاس ۶۰۰۰
سری ساخت : --//۵۵۸۰۱۲

%CV	SD	SD ² -	SD ² -	SD ¹ -	MEAN	SD ¹	SD ²	SD ²
۳.۳	۰.۵۱۳	۵.۸۱۱	۶.۳۳۴	۶.۸۳۷	۷.۳۵	۷.۸۶۳	۸.۳۷۶	۸.۸۸۹

مقدار	تاریخ
۷.۳	۱۴۰۲/۰۵/۱۵
۶.۶	۱۴۰۲/۰۵/۲۵
۶.۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۸
۶.۵	۱۴۰۲/۰۵/۲۹
۷.۲	۱۴۰۲/۰۵/۳۰

مقدار	تاریخ
۶.۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۸
۶.۷	۱۴۰۲/۰۵/۰۹
۷.۳	۱۴۰۲/۰۵/۱۰
۷.۳۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۱
۶.۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۲
۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۴

مقدار	تاریخ
۶.۷	۱۴۰۲/۰۵/۰۱
۷.۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۲
۶.۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۳
۶.۷	۱۴۰۲/۰۵/۰۴
۶.۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۵
۶.۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۷

CV%: 4.042	SD: 0.279	Mean: 6.891
------------	-----------	-------------

