

عنوان آزمایش : (Total Thyroxine (T4
عنوان دستگاه : کوباس ۶۰۰۰
عنوان کنترل : Universal I
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
سری ساخت : --//۵۵۸۰۱۲

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۴,۴۴۲	۰,۳۰۷	۵,۹۹۲	۶,۲۹۹	۶,۶۰۶	۶,۹۱۳	۷,۲۲	۷,۵۲۷	۷,۸۳۴

مقدار	تاریخ
۶,۴۴	۱۴۰۲/۰۹/۲۸
۶,۸۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۹

مقدار	تاریخ
۷,۳۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۷,۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۵
۶,۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۶,۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۹
۶,۶	۱۴۰۲/۰۹/۲۰

مقدار	تاریخ
۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۶,۹	۱۴۰۲/۰۹/۰۲
۶,۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۶,۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۷,۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۲

CV%: 4.488	SD: 0.31	Mean: 6.916
------------	----------	-------------

