

## آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

UNIVERSL-low : عنوان کنترل :  
شروع کنترل  
۱۳۹۹/۰۹/۰۳:

سری ساخت : ۳۳۰۰۲۲

(Total Thyroxine (T4 : عنوان آزمایش :  
CobasE411 : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>1</sub> -	MEAN	SD <sub>1</sub>	SD <sub>2</sub>	SD <sub>2</sub>
۳.۸۹۱	۰.۲۸۶	۶.۵	۶.۷۸۶	۷.۰۷۲	۷.۳۵۸	۷.۶۴۴	۷.۹۳	۸.۲۱۶

مقدار	تاریخ
۷.۳۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۰
۷.۴۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۲
۷.۲۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۳
۷.۸۷	۱۳۹۹/۱۰/۲۴
۷.۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۵
۷.۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۷
۷.۳۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۹

مقدار	تاریخ
۷.۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۰
۷.۶۵	۱۳۹۹/۱۰/۱۱
۷.۵۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۲
۷.۲۱	۱۳۹۹/۱۰/۱۴
۷.۱۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۵
۷.۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۶
۷.۷۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۷
۷.۱۴	۱۳۹۹/۱۰/۱۸

مقدار	تاریخ
۶.۷۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۱
۷.۳۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۲
۷.۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۳
۷.۱۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۴
۷.۲۴	۱۳۹۹/۱۰/۰۶
۷.۳۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۷
۷.۶۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۸
۷.۳۴	۱۳۹۹/۱۰/۰۹

CV%: 4.036	SD: 0.298	Mean: 7.372
------------	-----------	-------------