

عنوان آزمایش : Total Thyroxine (T4)  
 عنوان دستگاه : simense

سری ساخت : ۴۰۳۸۲-

عنوان کنترل : biorad II  
 شروع کنترل : ۱۳۹۹/۱۱/۰۱

3SD	2SD	1SD	MEAN	-1SD	-2SD	-3SD	SD	CV%
12.277	11.551	10.825	10.099	9.373	8.647	7.921	0.726	7.191

تاریخ	مقدار
26/12/1399	11.2
27/12/1399	11.4
28/12/1399	10.2

تاریخ	مقدار
19/12/1399	9.57
20/12/1399	11.8
23/12/1399	10
24/12/1399	11.9
25/12/1399	10.1

تاریخ	مقدار
02/12/1399	11.3
03/12/1399	10
04/12/1399	11
05/12/1399	11.6
18/12/1399	10.4

Mean: 10.805	SD: 0.789	CV%: 7.298
--------------	-----------	------------

