

عنوان کنترل : biorad II
شروع کنترل: ۱۳۹۹/۰۵/۲۳

سری ساخت : ۴۰۳۸۲

عنوان آزمایش : (Total Thyroxine (T4
عنوان دستگاه : simense

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۷.۲۴۹	۰.۸۰۹	۸.۷۳۶	۹.۵۴۵	۱۰.۳۵۴	۱۱.۱۶۳	۱۱.۹۷۲	۱۲.۷۸۱	۱۳.۵۹

مقدار	تاریخ
۱۱.۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۴
۱۱.۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۵
۱۲.۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶
۱۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۷
۱۱.۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۸
۱۲.۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۹

مقدار	تاریخ
۱۲.۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۲
۱۲.۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۵
۱۲.۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۷
۱۱.۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۸
۱۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۹
۱۱.۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۰
۱۰.۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۱
۱۱.۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۲

مقدار	تاریخ
۱۱.۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۱
۱۲.۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۳
۱۰.۶	۱۳۹۹/۰۸/۰۵
۱۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۶
۱۲.۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۷
۱۲.۳	۱۳۹۹/۰۸/۰۸
۱۱.۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۰
۱۱.۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۱

CV%: 6.07	SD: 0.712	Mean: 11.732
-----------	-----------	--------------

