

عنوان کنترل : abbot-1

شروع کنترل
۱۴۰۰/۱۱/۰۳:

سری ساخت : /۳۴۳۱۲۲۰۱

عنوان آزمایش : TPO Ab (Microsomal Ab)-CLIA

عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD ^{۲-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۷.۷	۱.۵۳۳	۱۰.۷۰۱	۱۲.۲۳۴	۱۳.۷۶۷	۱۵.۳	۱۶.۸۳۳	۱۸.۳۶۶	۱۹.۸۹۹

مقدار	تاریخ
۱۴.۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۱۵.۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۳

مقدار	تاریخ
۱۵.۵	۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۱۵.۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۱

CV%: 2.52	SD: 0.386	Mean: 15.325
-----------	-----------	--------------

