

عنوان کنترل : abbot-2

شروع کنترل  
۱۴۰۰/۰۲/۰۴:

سری ساخت : ۹۳۴۲۰۱

TPO Ab (Microsomal  
Ab)-CLIA

abbot

عنوان آزمایش :

عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۷۰۷	۶.۶۶۷	۵۵	۶۱.۶۶۷	۶۸.۳۳۳	۷۵	۸۱.۶۶۷	۸۸.۳۳۳	۹۵

مقدار	تاریخ
۶۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۷
۶۵	۱۴۰۰/۰۲/۲۸
۷۸.۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۹
۷۰.۵	۱۴۰۰/۰۲/۳۰
۷۴.۴	۱۴۰۰/۰۳/۰۱
۷۱	۱۴۰۰/۰۳/۰۲

مقدار	تاریخ
۸۵	۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۸۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۶
۸۲.۶	۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۸۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۸۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۸۷	۱۴۰۰/۰۲/۲۱
۸۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۲
۷۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۸۵	۱۴۰۰/۰۲/۲۶

مقدار	تاریخ
۷۰.۶	۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۷۹.۱	۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۸۸.۳	۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۸۷	۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۸۵	۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۸۱	۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۷۴	۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۸۳	۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۸۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۳

CV%: 8.945	SD: 7.12	Mean: 79.596
------------	----------	--------------

