

عنوان کنترل : abbot-2

شروع کنترل
۱۴۰۰/۰۲/۰۴:

سری ساخت : ۹۳۴۲۰۱

TPO Ab (Microsomal
Ab)-CLIA

abbot

عنوان آزمایش :

عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۸.۸۴۱	۷.۰۹۳	۵۸.۹۴۴	۶۶.۰۳۷	۷۳.۱۳	۸۰.۲۳۳	۸۷.۳۱۶	۹۴.۴۰۹	۱۰۱.۵۰۲

مقدار	تاریخ
۷۱	۱۴۰۰/۰۳/۲۴
۷۶.۴	۱۴۰۰/۰۳/۲۵
۷۶.۵	۱۴۰۰/۰۳/۲۶
۸۵	۱۴۰۰/۰۳/۲۷
۸۳.۵	۱۴۰۰/۰۳/۲۹
۸۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۰
۸۸	۱۴۰۰/۰۳/۳۱

مقدار	تاریخ
۸۷.۳	۱۴۰۰/۰۳/۱۱
۸۷.۳	۱۴۰۰/۰۳/۱۲
۸۸	۱۴۰۰/۰۳/۱۳
۸۱	۱۴۰۰/۰۳/۱۷
۷۹	۱۴۰۰/۰۳/۱۸
۸۱	۱۴۰۰/۰۳/۱۹
۸۸	۱۴۰۰/۰۳/۲۰
۶۶	۱۴۰۰/۰۳/۲۲
۶۹.۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۳

مقدار	تاریخ
۷۴.۴	۱۴۰۰/۰۳/۰۱
۷۱	۱۴۰۰/۰۳/۰۲
۷۶.۹	۱۴۰۰/۰۳/۰۳
۷۸.۵	۱۴۰۰/۰۳/۰۴
۸۷	۱۴۰۰/۰۳/۰۵
۸۱.۳	۱۴۰۰/۰۳/۰۶
۷۸.۴	۱۴۰۰/۰۳/۰۸
۷۸.۴	۱۴۰۰/۰۳/۰۹
۷۴	۱۴۰۰/۰۳/۱۰

CV%: 7.93	SD: 6.308	Mean: 79.552
-----------	-----------	--------------

