

عنوان کنترل : abbot-2

شروع کنترل  
۱۴۰۰/۰۲/۰۴:

سری ساخت : ۹۳۴۲۰۱

TPO Ab (Microsomal  
Ab)-CLIA

abbot

عنوان آزمایش :

عنوان دستگاه :

| %CV   | SD    | SD <sup>۲</sup> - | SD <sup>۲</sup> - | SD <sup>۱</sup> - | MEAN  | SD <sup>۱</sup> | SD <sup>۲</sup> | SD <sup>۲</sup> |
|-------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۷.۴۱۳ | ۶.۱۷۳ | ۶۴.۷۳۴            | ۷۰.۹۰۶            | ۷۷.۰۷۸            | ۸۳.۲۵ | ۸۹.۴۳۳          | ۹۵.۵۹۴          | ۱۰۱.۷۶۶         |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۹۰.۶  | ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
| ۹۴    | ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
| ۹۱    | ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
| ۸۷    | ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۸۲    | ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
| ۷۹.۶  | ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
| ۸۳.۷  | ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
| ۸۶    | ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
| ۹۰    | ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
| ۸۷    | ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۷۲    | ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
| ۷۹    | ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
| ۷۸    | ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
| ۸۲    | ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
| ۸۰    | ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
| ۷۷.۴  | ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |

|            |           |              |
|------------|-----------|--------------|
| CV%: 7.176 | SD: 6.007 | Mean: 83.706 |
|------------|-----------|--------------|

