

عنوان کنترل : perci con

شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۸/۲۷

سری ساخت: ۶۳۱۸۸۷۰۱

TPO Ab (Microsomal Ab)-
CLIA

E411

عنوان آزمایش :

عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱۵,۵۵۸	۱۵,۱۹۸	۵۲,۰۹۱	۶۷,۲۸۹	۸۲,۴۸۷	۹۷,۶۸۵	۱۱۲,۸۸۳	۱۲۸,۰۸۱	۱۴۳,۲۷۹

مقدار	تاریخ
۷۶,۸۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۳
۷۶,۰۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۴
۹۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۵
۸۰,۲۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۸۳,۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۷
۸۲,۳۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۸
۸۹,۷۵	۱۴۰۲/۱۰/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۰۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۱
۱۱۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۲
۱۱۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۳
۸۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۴
۶۷,۳۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۷۲,۶۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۸
۷۳,۵۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۹
۱۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۰
۶۴,۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۱

مقدار	تاریخ
۱۰۸,۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۹۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۹۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۳
۱۰۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۱۱۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۵
۱۰۵,۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۶
۱۰۵,۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۷
۱۰۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۹
۱۱۱,۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۰

CV%: 16.88	SD: 15.689	Mean: 92.943
------------	------------	--------------

