

عنوان کنترل : perci con

شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۸/۲۷

سری ساخت: ۶۳۱۸۸۷۰۱

TPO Ab (Microsomal Ab)-  
CLIA

E411

عنوان آزمایش :

عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۱۷,۶۱۶	۱۶,۶۱۸	۴۴,۴۸۱	۶۱,۰۹۹	۷۷,۷۱۷	۹۴,۳۳۵	۱۱۰,۹۵۳	۱۲۷,۵۷۱	۱۴۴,۱۸۹

مقدار	تاریخ
۱۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۴
۱۲۵,۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۵
۱۰۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۱۲۶,۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۸
۹۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۱۱۴	۱۴۰۲/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۸۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۱۰۰,۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۲
۷۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۸۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۹۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۷
۱۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۸
۱۰۱,۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۱
۸۸,۲۹	۱۴۰۲/۱۱/۲۳

مقدار	تاریخ
۸۵,۶۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۱۱۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۸۴,۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۳
۱۱۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۴
۸۸,۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۱۱۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۸
۱۱۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۹
۸۹,۲۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۰

CV%: 16.311	SD: 16.575	Mean: 101.619
-------------	------------	---------------

