

perci con : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۸/۲۷

سری ساخت: ۶۳۱۸۸۷۰۱

TPO Ab (Microsomal Ab)-  
CLIA

E411

عنوان آزمایش :

عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۱۴,۵۹۳	۱۳,۸۷۴	۵۳,۴۵	۶۷,۳۲۴	۸۱,۱۹۸	۹۵,۰۷۲	۱۰۸,۹۴۶	۱۲۲,۸۲	۱۳۶,۶۹۴

مقدار	تاریخ
۱۲۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۲
۷۹,۷۲	۱۴۰۲/۰۹/۲۳
۸۴,۶۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۵
۱۲۲,۶	۱۴۰۲/۰۹/۲۷
۱۲۵,۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۸
۹۴,۴	۱۴۰۲/۰۹/۲۹

مقدار	تاریخ
۸۶,۴۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۱۲۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۹۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۴
۷۸,۹۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۵
۱۳۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۹۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۹۸,۷۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۹
۱۰۳,۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۰
۱۰۱,۲	۱۴۰۲/۰۹/۲۱

مقدار	تاریخ
۸۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۱۰۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۲
۹۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۹۱,۵۹	۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۸۹,۰۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۹۰,۱۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۷
۷۹,۰۹	۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۹۲,۹۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۹
۸۴,۵۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۱

CV%: 15.941	SD: 15.641	Mean: 98.121
-------------	------------	--------------

