

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان کنترل : diasorin-II

شروع کنترل
۱۳۹۹/۱۰/۰۶:

سری ساخت : ۴۱۳۴۵۱

TPO Ab (Microsomal
Ab)-CLIA
LIASOIN

عنوان آزمایش :

عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۶.۸	۱۰	۴۵	۵۵	۷۵	۸۵	۹۵	۱۰۵

مقدار	تاریخ
۸۷	۱۳۹۹/۱۰/۲۲
۸۹	۱۳۹۹/۱۰/۲۴
۶۵.۹	۱۳۹۹/۱۰/۲۵
۷۹.۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۷
۷۶.۹	۱۳۹۹/۱۰/۲۹

مقدار	تاریخ
۹۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۴
۸۴	۱۳۹۹/۱۰/۱۵
۹۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۶
۷۵	۱۳۹۹/۱۰/۱۷
۹۴	۱۳۹۹/۱۰/۱۸
۷۴	۱۳۹۹/۱۰/۲۰
۹۳	۱۳۹۹/۱۰/۲۱

مقدار	تاریخ
۸۶	۱۳۹۹/۱۰/۰۶
۸۹	۱۳۹۹/۱۰/۰۷
۸۴	۱۳۹۹/۱۰/۰۸
۹۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۹
۸۱	۱۳۹۹/۱۰/۱۰
۷۴	۱۳۹۹/۱۰/۱۱
۸۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۳

CV%: 9.377	SD: 7.866	Mean: 83.889
------------	-----------	--------------

