

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان کنترل : diasorin-II

شروع کنترل
۱۳۹۹/۱۰/۰۶:

سری ساخت : ۴۱۳۴۵۱

TPO Ab (Microsomal
Ab)-CLIA
LIASOIN

عنوان آزمایش :

عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۶.۸	۱۰	۴۵	۵۵	۶۵	۷۵	۸۵	۹۵	۱۰۵

مقدار	تاریخ
۹۳	۱۳۹۹/۱۱/۰۷
۸۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۸
۶۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۹
۷۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۱
۶۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۲
۷۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۳
۸۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۴

مقدار	تاریخ
۷۴	۱۳۹۹/۱۰/۲۰
۹۳	۱۳۹۹/۱۰/۲۱
۸۷	۱۳۹۹/۱۰/۲۲
۸۹	۱۳۹۹/۱۰/۲۴
۶۵.۹	۱۳۹۹/۱۰/۲۵
۷۹.۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۷
۷۶.۹	۱۳۹۹/۱۰/۲۹
۸۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۱
۷۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۲
۶۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۴
۷۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۵
۹۴	۱۳۹۹/۱۱/۰۶

مقدار	تاریخ
۸۶	۱۳۹۹/۱۰/۰۶
۸۹	۱۳۹۹/۱۰/۰۷
۸۴	۱۳۹۹/۱۰/۰۸
۹۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۹
۸۱	۱۳۹۹/۱۰/۱۰
۷۴	۱۳۹۹/۱۰/۱۱
۸۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۳
۹۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۴
۸۴	۱۳۹۹/۱۰/۱۵
۹۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۶
۷۵	۱۳۹۹/۱۰/۱۷
۹۴	۱۳۹۹/۱۰/۱۸

CV%: 11.555	SD: 9.419	Mean: 81.513
-------------	-----------	--------------