

عنوان آزمایش : TPO Ab (Microsomal Ab)-CLIA
عنوان دستگاه : diasorin
سری ساخت : EC۱۷۴۵
عنوان کنترل : randox
شروع کنترل : ۱۳۹۹/۰۱/۱۶

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۴.۷۸۸	۲.۱۵۶	۳۸.۵۶۲	۴۰.۷۱۸	۴۲.۸۷۴	۴۵.۰۳	۴۷.۱۸۶	۴۹.۳۴۲	۵۱.۴۹۸

مقدار	تاریخ
۴۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۰
۴۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۱

مقدار	تاریخ
۴۵.۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۵
۴۷.۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۷
۴۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۸
۴۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۹

مقدار	تاریخ
۴۷	۱۳۹۹/۰۸/۰۳
۴۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۱
۴۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۲
۴۱.۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۴

CV%: 6.544	SD: 2.96	Mean: 45.23
------------	----------	-------------

