

## آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان کنترل : abbot-2

عنوان آزمایش : TPO Ab (Microsomal Ab)-

CLIA

شروع کنترل  
۱۳۹۹/۰۸/۱۹:

سری ساخت : ۰۳۱۲

abbot

عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۶.۹۴۲	۵.۴۸۶	۶۲.۵۶۷	۶۸.۰۵۳	۷۳.۵۳۹	۷۹.۰۲۵	۸۴.۵۱۱	۸۹.۹۹۷	۹۵.۴۸۳

مقدار	تاریخ
۸۰.۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۲
۸۱	۱۳۹۹/۰۹/۲۳
۷۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۴
۸۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۵
۸۷	۱۳۹۹/۰۹/۲۶
۹۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۷
۷۷.۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۹
۸۸	۱۳۹۹/۰۹/۳۰

مقدار	تاریخ
۹۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۱
۷۴	۱۳۹۹/۰۹/۱۲
۸۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۳
۸۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۵
۸۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۶
۹۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۷
۸۴	۱۳۹۹/۰۹/۱۸
۹۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۹
۸۹.۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۰

مقدار	تاریخ
۹۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۱
۸۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۲
۷۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۳
۷۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۴
۸۰.۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۵
۸۹.۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۶
۸۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۸
۹۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۹
۸۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۰

CV%: 7.126	SD: 5.991	Mean: 84.081
------------	-----------	--------------