

biorad II : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۳۹۹/۱۰/۱۵

سری ساخت : ۴۰۲۸۲-

TSH : عنوان آزمایش :
simense : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۵.۳۴	۰.۲۹۴	۴.۶۳۴	۴.۹۱۸	۵.۳۱۲	۵.۵۰۶	۵.۸	۶.۰۹۴	۶.۳۸۸

مقدار	تاریخ
۵.۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۶	۱۴۰۰/۰۱/۲۹
۵.۴۸	۱۴۰۰/۰۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۵.۶۳	۱۴۰۰/۰۱/۲۱
۵.۲۲	۱۴۰۰/۰۱/۲۲
۵.۶۲	۱۴۰۰/۰۱/۲۳
۵.۲۸	۱۴۰۰/۰۱/۲۴
۵.۶۴	۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۵.۳۳	۱۴۰۰/۰۱/۲۶

مقدار	تاریخ
۵.۸۸	۱۴۰۰/۰۱/۱۴
۵.۱۴	۱۴۰۰/۰۱/۱۵
۵.۹۵	۱۴۰۰/۰۱/۱۶
۵.۲۲	۱۴۰۰/۰۱/۱۷
۵.۵۶	۱۴۰۰/۰۱/۱۸
۵.۳۹	۱۴۰۰/۰۱/۱۹

CV%: 4.906	SD: 0.271	Mean: 5.517
------------	-----------	-------------

