

عنوان آزمایش : TSH
عنوان دستگاه : simense
عنوان کنترل : biorad III
سری ساخت : /۴۰۲۸۳
شروع کنترل : ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۵.۸۵۵	۱.۷۰۵	۲۴.۰۰۲	۲۵.۷۰۷	۲۷.۴۱۲	۲۹.۱۱۷	۳۰.۸۲۲	۳۲.۵۲۷	۳۴.۲۲۲

مقدار	تاریخ
۲۵.۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۲
۲۶.۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۲۹.۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۴
۲۴.۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۸

مقدار	تاریخ
۲۶.۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۹
۲۹.۴	۱۴۰۰/۱۲/۱۱
۲۸.۶	۱۴۰۰/۱۲/۱۲
۲۶.۸	۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۳۰.۵	۱۴۰۰/۱۲/۱۵
۲۶	۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۲۸.۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۱

مقدار	تاریخ
۳۰.۹	۱۴۰۰/۱۲/۰۱
۲۷	۱۴۰۰/۱۲/۰۲
۳۱.۹	۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۲۶	۱۴۰۰/۱۲/۰۴
۲۷.۲	۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۲۷.۴	۱۴۰۰/۱۲/۰۷
۲۸.۶	۱۴۰۰/۱۲/۰۸

CV%: 7.076	SD: 1.969	Mean: 27.828
------------	-----------	--------------

