

biorad II : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۳۹۹/۱۰/۱۵

سری ساخت : ۴۰۳۸۲-

TSH : عنوان آزمایش :
simense : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۴.۹۵۲	۰.۲۷۹	۴.۷۹۶	۵.۰۷۵	۵.۳۵۴	۵.۶۳۳	۵.۹۱۲	۶.۱۹۱	۶.۴۷

مقدار	تاریخ
۵.۹۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۶.۰۹	۱۴۰۰/۰۲/۲۶
۵.۳۷	۱۴۰۰/۰۲/۲۷
۶.۰۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۸
۵.۷۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۹
۵.۲۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۰

مقدار	تاریخ
۶.۰۲	۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۵.۵۴	۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۵.۴۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۶
۵.۹۱	۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۵.۵۲	۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۵.۶۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۵.۳۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۱
۶.۰۵	۱۴۰۰/۰۲/۲۲

مقدار	تاریخ
۵.۶۶	۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۵.۸۷	۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۵.۷۱	۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۵.۵۳	۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۵.۵۸	۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۵.۷۶	۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۵.۱۶	۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۵.۸۱	۱۴۰۰/۰۲/۱۲

CV%: 4.879	SD: 0.277	Mean: 5.682
------------	-----------	-------------

