

biorad II : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۳۹۹/۱۰/۱۵

سری ساخت : ۴۰۲۸۲-

TSH : عنوان آزمایش :
simense : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۵.۸۶۸	۰.۳۳۶	۴.۵۸۶	۴.۹۱۲	۵.۲۳۸	۵.۵۶۴	۵.۸۹	۶.۲۱۶	۶.۵۴۲

مقدار	تاریخ
۵.۴۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۱
۵.۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۳
۵.۴۷	۱۴۰۰/۰۵/۲۴
۵.۰۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۵
۵.۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۶
۵.۷۳	۱۴۰۰/۰۵/۳۰
۶.۰۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱

مقدار	تاریخ
۶.۱۱	۱۴۰۰/۰۵/۱۲
۵.۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۵.۸۱	۱۴۰۰/۰۵/۱۴
۵.۳۳	۱۴۰۰/۰۵/۱۶
۵.۲۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۷
۵.۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۸
۴.۸۶	۱۴۰۰/۰۵/۱۹
۵.۴۷	۱۴۰۰/۰۵/۲۰

مقدار	تاریخ
۶.۱۱	۱۴۰۰/۰۵/۰۲
۵.۱۶	۱۴۰۰/۰۵/۰۳
۵.۶۷	۱۴۰۰/۰۵/۰۴
۶.۱	۱۴۰۰/۰۵/۰۵
۵.۵	۱۴۰۰/۰۵/۰۶
۵.۲۷	۱۴۰۰/۰۵/۰۹
۵.۷۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۰
۵.۳۵	۱۴۰۰/۰۵/۱۱

CV%: 6.42	SD: 0.354	Mean: 5.52
-----------	-----------	------------

