

biorad II : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۳۹۹/۱۰/۱۵

سری ساخت : ۴۰۳۸۲-

TSH : عنوان آزمایش :
simense : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۶.۴۹۴	۰.۳۵۸	۴.۴۴	۴.۷۹۸	۵.۱۵۶	۵.۵۱۴	۵.۸۷۲	۶.۲۳	۶.۵۸۸

مقدار	تاریخ
۵.۵۳	۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۵.۱۴	۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۵.۸۷	۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۴.۸	۱۴۰۰/۰۶/۲۹
۵.۴۹	۱۴۰۰/۰۶/۳۰
۵.۱۵	۱۴۰۰/۰۶/۳۱

مقدار	تاریخ
۵.۳۹	۱۴۰۰/۰۶/۱۱
۵	۱۴۰۰/۰۶/۱۳
۵.۷۱	۱۴۰۰/۰۶/۱۶
۵.۴	۱۴۰۰/۰۶/۱۷
۵.۳	۱۴۰۰/۰۶/۱۸
۴.۷۹	۱۴۰۰/۰۶/۲۱
۵.۷۶	۱۴۰۰/۰۶/۲۲
۵.۹۵	۱۴۰۰/۰۶/۲۳
۵.۲۶	۱۴۰۰/۰۶/۲۴

مقدار	تاریخ
۴.۹۷	۱۴۰۰/۰۶/۰۱
۵.۲۶	۱۴۰۰/۰۶/۰۲
۵.۶۸	۱۴۰۰/۰۶/۰۳
۵.۹	۱۴۰۰/۰۶/۰۴
۵.۳۸	۱۴۰۰/۰۶/۰۶
۵.۴۷	۱۴۰۰/۰۶/۰۷
۵.۴۹	۱۴۰۰/۰۶/۰۸
۴.۹۷	۱۴۰۰/۰۶/۰۹
۵.۲	۱۴۰۰/۰۶/۱۰

CV%: 6.231	SD: 0.335	Mean: 5.369
------------	-----------	-------------

