

biorad II : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۳۹۹/۱۰/۱۵

سری ساخت : ۴۰۲۸۲-

TSH : عنوان آزمایش :
simense : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۶.۵۰۶	۰.۳۵۳	۴.۳۶۱	۴.۷۱۴	۵.۰۶۷	۵.۴۳	۵.۷۷۳	۶.۱۲۶	۶.۴۷۹

مقدار	تاریخ
۵.۴۳	۱۴۰۰/۰۸/۰۹
۵.۲	۱۴۰۰/۰۸/۱۰

مقدار	تاریخ
۵.۹۵	۱۴۰۰/۰۸/۰۵
۵.۷۲	۱۴۰۰/۰۸/۰۶
۶.۲	۱۴۰۰/۰۸/۰۸

مقدار	تاریخ
۵.۳	۱۴۰۰/۰۸/۰۱
۶.۰۳	۱۴۰۰/۰۸/۰۳
۵.۲۳	۱۴۰۰/۰۸/۰۴

CV%: 6.979	SD: 0.393	Mean: 5.631
------------	-----------	-------------

