

high-universal : عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۴۰۰/۰۸/۱۲:

عنوان آزمایش : TSH
عنوان دستگاه : کوباس E411
سری ساخت : -/۴۶۹۸۴۳

%CV	SD	SD ^{۲-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۳.۵۷۶	۰.۳۱۷	۷.۹۰۱	۸.۲۱۸	۸.۵۳۵	۸.۸۵۲	۹.۱۶۹	۹.۴۸۶	۹.۸۰۳

مقدار	تاریخ
۸.۶۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۲
۸.۳۹	۱۴۰۰/۰۹/۲۳
۸.۹۱	۱۴۰۰/۰۹/۲۴
۸.۸۵	۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۸.۹۹	۱۴۰۰/۰۹/۲۷
۹.۰۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۹.۰۸	۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۸.۷۶	۱۴۰۰/۰۹/۳۰

مقدار	تاریخ
۸.۲۸	۱۴۰۰/۰۹/۱۱
۸.۴۲	۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۸.۷۲	۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۸.۸۲	۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۸.۸۳	۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۹	۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۸.۷۶	۱۴۰۰/۰۹/۱۸
۸.۶	۱۴۰۰/۰۹/۲۰
۸.۴۶	۱۴۰۰/۰۹/۲۱

مقدار	تاریخ
۸.۹۱	۱۴۰۰/۰۹/۰۱
۸.۳۹	۱۴۰۰/۰۹/۰۲
۸.۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۰۳
۸.۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۰۴
۸.۷۵	۱۴۰۰/۰۹/۰۶
۹.۲۷	۱۴۰۰/۰۹/۰۷
۹.۰۱	۱۴۰۰/۰۹/۰۸
۸.۷۵	۱۴۰۰/۰۹/۰۹
۸.۳۴	۱۴۰۰/۰۹/۱۰

CV%: 3.294	SD: 0.287	Mean: 8.712
------------	-----------	-------------

