

عنوان کنترل : normal -UNIVERSAL
شروع کنترل
۱۴۰۱/۰۳/۳۰:

عنوان آزمایش : TSH
عنوان دستگاه : Elecsys
سری ساخت : ۵۵۶۴۰۳

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۵.۵۸	۰.۰۸۱	۱.۲	۱.۲۸۱	۱.۳۶۲	۱.۴۴۳	۱.۵۲۴	۱.۶۰۵	۱.۶۸۶

مقدار	تاریخ
۱.۴۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۵
۱.۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۷

مقدار	تاریخ
۱.۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۱.۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۱.۳۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۲
۱.۴۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۳
۱.۴۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۴

مقدار	تاریخ
۱.۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۱
۱.۴	۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۱.۳۷	۱۴۰۱/۱۰/۰۷
۱.۴۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۸
۱.۳۷	۱۴۰۱/۱۰/۰۸

CV%: 3.19	SD: 0.045	Mean: 1.417
-----------	-----------	-------------

