

عنوان کنترل : biorad I
شروع کنترل : ۱۴۰۱/۱۱/۱۹

عنوان آزمایش : TSH
عنوان دستگاه : simense
سری ساخت : ۴۰۴۲۱

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۱۲.۵	۰.۰۳۲	۰.۳۴۷	۰.۳۷۹	۰.۴۱۱	۰.۴۴۳	۰.۴۷۵	۰.۵۰۷	۰.۵۳۹

مقدار	تاریخ
۰.۴۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۱
۰.۳۷۶	۱۴۰۱/۱۲/۱۳
۰.۴۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۴
۰.۴۰۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۵
۰.۴۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۶
۰.۳۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۷
۰.۴۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۸

مقدار	تاریخ
۰.۳۶۹	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
۰.۴۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۰۱
۰.۴۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۰۲
۰.۳۸۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۰.۳۹۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۴
۰.۴۴۴	۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۰.۳۶۹	۱۴۰۱/۱۲/۰۷
۰.۴۰۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۰.۴۰۹	۱۴۰۱/۱۲/۰۹

مقدار	تاریخ
۰.۴۲۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۹
۰.۴۳۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۰.۴۰۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۲
۰.۴۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۳
۰.۴۳۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۴
۰.۳۹۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۵
۰.۴۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۶
۰.۳۹۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۷
۰.۴۰۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۹

CV%: 6.366	SD: 0.026	Mean: 0.411
------------	-----------	-------------

