

biorad III : عنوان کنترل :  
شروع کنترل : ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

سری ساخت : ۴۰۳۸۳/

TSH : عنوان آزمایش :  
simense : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>3</sub> -	SD <sub>1</sub> -	MEAN	SD <sub>1</sub>	SD <sub>2</sub>	SD <sub>3</sub>
۶.۹۴۳	۱.۹۹۶	۳۲.۷۶۹	۳۴.۷۶۵	۳۶.۷۶۱	۲۸.۷۵۷	۳۰.۷۵۳	۳۲.۷۴۹	۳۴.۷۴۵

مقدار	تاریخ
۳۰.۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۴
۲۹.۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۲۸.۷	۱۴۰۱/۰۲/۲۶
۲۸.۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۸
۳۱.۳	۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۳۲.۴	۱۴۰۱/۰۲/۳۱

مقدار	تاریخ
۲۹.۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۱
۲۶.۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۳۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۵
۳۳.۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۷
۲۹.۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۸
۳۰.۲	۱۴۰۱/۰۲/۲۱
۳۲.۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۲

مقدار	تاریخ
۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۰۱
۲۹.۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۴
۳۷.۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۵
۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۶
۳۹.۹	۱۴۰۱/۰۲/۰۷
۲۹.۹	۱۴۰۱/۰۲/۰۸
۳۰.۴	۱۴۰۱/۰۲/۱۰

CV%: 5.279	SD: 1.582	Mean: 29.97
------------	-----------	-------------

