

biorad III : عنوان کنترل :  
شروع کنترل : ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

سری ساخت : ۴۰۲۸۳ /

TSH : عنوان آزمایش :  
simense : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>1</sub> -	MEAN	SD <sub>1</sub>	SD <sub>2</sub>	SD <sub>2</sub>
۵.۸۷۳	۱.۷۷۵	۲۴.۹	۲۶.۶۷۵	۲۸.۴۵	۳۰.۲۲۵	۳۲	۳۲.۷۷۵	۳۵.۵۵

مقدار	تاریخ
۳۷	۱۴۰۱/۰۳/۱۷
۳۰.۸	۱۴۰۱/۰۳/۱۸
۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۹
۳۱.۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۱

مقدار	تاریخ
۲۹.۴	۱۴۰۱/۰۳/۰۸
۳۲.۲	۱۴۰۱/۰۳/۰۹
۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۰
۳۱.۳	۱۴۰۱/۰۳/۱۱
۳۱.۳	۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۳۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۶

مقدار	تاریخ
۳۰.۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۱
۳۱.۰۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۲
۲۶.۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳
۳۳.۶	۱۴۰۱/۰۳/۰۴
۳۱.۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۵
۲۸.۷	۱۴۰۱/۰۳/۰۷

CV%: 6.297	SD: 1.901	Mean: 30.191
------------	-----------	--------------

