

عنوان کنترل : normal -UNIVERSAL
شروع کنترل :
۱۴۰۱/۰۳/۳۰:

عنوان آزمایش : TSH
عنوان دستگاه : Elecsys
سری ساخت : ۵۵۶۴۰۳

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۶.۲۵۴	۰.۰۹۱	۱.۱۸۸	۱.۲۷۹	۱.۳۷	۱.۴۶۱	۱.۵۵۲	۱.۶۴۳	۱.۷۳۴

مقدار	تاریخ
۱.۵۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۳

مقدار	تاریخ
۱.۴۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۷
۱.۳۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۹
۱.۳۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۰
۱.۴۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۱

مقدار	تاریخ
۱.۴۵	۱۴۰۱/۰۶/۰۱
۱.۴۹	۱۴۰۱/۰۶/۰۲
۱.۴۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۳
۱.۴۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۶

CV%: 3.928	SD: 0.057	Mean: 1.44
------------	-----------	------------

