

biorad III : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۱/۰۶/۱۳

سری ساخت : //۴۰۳۸۳

TSH : عنوان آزمایش :
simense : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۹.۵	۲.۷۵	۲۲	۲۴.۷۵	۲۷.۵	۳۰.۲۵	۲۳	۲۵.۷۵	۲۸.۵

مقدار	تاریخ
۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۰۵
۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۶
۲۸.۵	۱۴۰۱/۰۷/۰۷
۳۲	۱۴۰۱/۰۷/۰۹
۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۰
۲۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۲۹.۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۴

مقدار	تاریخ
۲۹.۷	۱۴۰۱/۰۶/۲۳
۲۸.۵	۱۴۰۱/۰۶/۲۴
۳۳.۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۷
۲۷.۲	۱۴۰۱/۰۶/۲۸
۳۱.۴	۱۴۰۱/۰۶/۲۹
۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۰
۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۰۲
۳۱.۷	۱۴۰۱/۰۷/۰۴

مقدار	تاریخ
۳۰.۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۳
۳۰.۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۴
۳۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۵
۳۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۶
۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۷
۳۰.۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۹
۳۴	۱۴۰۱/۰۶/۲۰
۲۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۱
۳۳.۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۲

CV%: 6.952	SD: 2.105	Mean: 30.284
------------	-----------	--------------

