

عنوان آزمایش : TSH  
عنوان دستگاه : simense  
عنوان کنترل : biorad III  
سری ساخت : -/۴۰۲۸۲  
شروع کنترل : ۱۴۰۱/۰۷/۲۹

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۹.۵	۲.۷۵	۲۲	۲۴.۷۵	۲۷.۵	۳۰.۲۵	۳۳	۳۵.۷۵	۳۸.۵

مقدار	تاریخ
۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۲
۳۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۳۱.۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۵
۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۹

مقدار	تاریخ
۲۹.۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۲
۳۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۴
۳۲.۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۵
۲۹.۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۶
۲۹.۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۷
۲۹.۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۱

مقدار	تاریخ
۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۱
۲۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۲
۳۰.۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۳
۲۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۷
۲۹.۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۹
۳۰.۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۰

CV%: 6.441	SD: 1.938	Mean: 30.088
------------	-----------	--------------

